

Củ Chi, ngày 13 tháng 06 năm 2023

## THƯ MỜI BÁO GIÁ

V/v mời báo giá thiết bị y tế

**Kính gửi: Các đơn vị cung cấp**

Bệnh viện ĐKKV Củ Chi có kế hoạch mua sắm **máy ly tâm** năm 2023. Nếu quý cơ quan có khả năng cung cấp, đề nghị gửi báo giá đến cơ quan chúng tôi theo các điều kiện như sau:

**1. Cấu hình và thông số kỹ thuật:**

Số lượng: 01 máy

STT	Máy ly tâm
<b>A</b>	<b>Cấu hình mỗi máy gồm:</b>
	Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn gồm: - 01 Rotor văng 4 vị trí - 04 giỏ chứa (bucket) - 04 nắp đậy giỏ chứa - 04 adapter $\geq 5$ vị trí - 01 Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, Việt
<b>B</b>	<b>Tính năng kỹ thuật</b>
1	Khả năng ly tâm: $\geq 20$ ống máu có nắp đậy
2	Tốc độ ly tâm tối đa của máy chính: $\geq 6.000$ vòng/phút
3	Lực ly tâm tối đa máy chính: $\geq 4.200$ RCF
4	Thời gian ly tâm: Cài đặt hoặc chạy liên tục hoặc ly tâm chu kỳ ngắn
5	Tốc độ ly tâm tối đa của rotor: $\geq 4.000$ vòng/phút
6	Lực ly tâm tối đa của rotor: $\geq 2.600$ RCF
7	Thời gian tăng và giảm tốc: $\leq 30$ giây
8	Tự tắt máy khi không cân bằng
9	Có tính năng khóa nắp khẩn cấp
10	Có thông báo sau khi hoàn thành chạy ly tâm

**2. Hồ sơ gồm:** Cataloge, Thông số kỹ thuật và Báo giá.

**3. Nơi nhận hồ sơ chào giá:**

- Địa điểm: Phòng Vật tư, TTBYT – Bệnh viện ĐKKV Củ Chi
- Địa chỉ: 9A Nguyễn Văn Hoài, ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028.38920583
- Người liên hệ của bệnh viện để được hướng dẫn: Ths. Phạm Văn Thành – Phó TP. Vật tư, TTBYT – Điện thoại: 0909829525



- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 14 tháng 06 năm 2023 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 25 tháng 06 năm 2023.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT; Vật tư, TTBYT

**GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thành Phương

